



ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず 25 mm 以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

国土交通省記号：13-F13A

水道法適合品(JIS)					
TOTO			単位 mm	名称 立水栓	
製図 宮園	検図 俵町	日付 松祐 尾祐 15.07.23	尺度 1 : 3		
備考				図番 T41AS	