



ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず25mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

国土交通省記号：13x2口-F16

水道法適合品 (JIS)

			単位	名称
			mm	
製図	検図	日付	尺度	2口、共用
川淵	野村 野村	2022-06-08	1:4	
備考				品番
固定こま式				T42BU
				図番
				T42BU-SA00.002.00